



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ**

КОПИЯ / **ВЕРНА**

**ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА № ИМ-7.95207/1405**

**ОАО «АЗРИ»**

**Н.В. СИМОНОВА**



Настоящее удостоверение выдано

**Армавирский завод резиновых изделий ОАО г. Армавир, РОССИЯ**

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрированы

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные одноразовые, ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002)**

Тип: изделия медицинского назначения

Изготовитель: **Армавирский завод резиновых изделий ОАО г. Армавир, РОССИЯ**

и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь

**В соответствии с инструкцией по использованию**

Регистрационный номер: **Им-7.113686/7.002-1403**

Регистрационное удостоверение не является обязательством к закупке данных изделий медицинского назначения.

Дата государственной регистрации: **16.05.2014 г.**

Действительно до: **16.05.2019 г.**

Заместитель Министра



**И.Г. Лосицкий**

Куприянова ТВ

№ 0016523



АО «Армавирский завод резиновых изделий»  
 Россия, 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская 2/4  
 ИНН: 2302000040 ОГРН: 5020231489  
 Телефон: +7 (861) 371 4 21 90  
 Факс: +7 (861) 371 4 21 90  
 E-mail: info@azri.ru, azri@azri.ru  
 Расчетный счет: 407029810942700010145  
 в филиале «Южный» АО «УРАЛСИБ» в г. Армавир  
 К/с 3010181040000000070051К СЧ0494700

*Резиновые перчатки*



ПАСПОРТ № 3



НА ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
 ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002)

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08547  
 от 11.08.2010 г., срок действия не ограничен.

Дата изготовления март 2015 Партия № 080415  
 Номер перчаток 4

Наименование по-казателя	Требования ГОСТ Р 52239-2004		Результаты испытаний	
	До ускоренного старения	После ускоренного старения	До ускоренного старения	После ускоренного старения
1. Усилие при разрыве, Н,	не менее 7,0	не менее 6,0	<u>743-767</u>	<u>778-757</u>
2. Удлинение при разрыве, %,	не менее 650	не менее 500	<u>850</u>	<u>850</u>
3 Размеры перчаток			Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004	

**Заключение ОТК:** перчатки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые»  
**Гарантийный срок хранения перчаток** – три года с даты изготовления.  
 Качество перчаток подтверждено декларацией с соответствия РОСС RU.ИМ18.Д00900; дата принятия декларации 18.06.2014 г.; действительна до 17.06.2017 г.

Контролер ОТК [Signature]




Начальник ОТК [Signature]



АО «Адмавирский завод резиновых изделий»  
 Россия, 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4  
 ИНН: 2902088970 КПП: 290201001  
 Телефон: +7 (86137) 3-21-89  
 Факс: +7 (86137) 4-21-90  
 E-mail: info@azri.ru Сайт: www.azri.ru  
 Расчетный счет: 40702810947020010115  
 в филиале ЮниКредит Банка в г. Армавир  
 К/с 30101810400000000700БИК 040849700



ПАСПОРТ № 21



НА ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
 ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 1193-1:2002)

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08547  
 от 11.08.2010 г., срок действия не ограничен.

Дата изготовления март 2015 Партия № 040475  
 Номер перчаток 11

Наименование по-казателя	Требования ГОСТ Р 52239-2004		Результаты испытаний	
	До ускоренно-го старения	После ускорен-ного старения	До ускорен-ного старения	После ускорен-ного старения
1. Усилие при раз-рыве, Н,	не менее 7,0	не менее 6,0	<u>749 ± 138</u>	<u>718 - 737</u>
2. Удлинение при разрыве, %,	не менее 650	не менее 500	<u>850</u>	<u>850</u>
3 Размеры перчаток	Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004			

Заключение ОТК: перчатки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 1193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые»  
 Гарантийный срок хранения перчаток – три года с даты изготовления.  
 Качество перчаток подтверждено декларацией с соответствия РОСС RU.ИМ18.Д00900; дата принятия декларации 18.06.2014 г.; действительна до 17.06.2017 г.

Контролер ОТК [подпись]



Начальник ОТК [подпись]



АО «Армавирский завод резиновых изделий»  
 Россия, 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4  
 ИНН: 3502008970 КПП: 350201001  
 Телефон: +7(861)713-21-69  
 Факс: +7(861)714-21-90  
 E-mail: info@azri.ru Сайт: www.azri.ru  
 Расчетный счет: 4070810947020010145  
 в филиале «Южная ДАД «УРАЛСИБ» в г. Армавире  
 К/с 30101810400000000700БИК 040849700



ПАСПОРТ № 1



НА ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
 ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002)

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08547  
 от 11.08.2010 г., срок действия не ограничен.

Дата изготовления март 2015г. Партия № 060415  
 Номер перчаток 8

Наименование по-казаглы	Требования ГОСТ Р 52239-2004		Результаты испытаний	
	До ускоренного старения	После ускоренного старения	До ускоренного старения	После ускоренного старения
1. Усадка при разрыве, Н,	не менее 7,0	не менее 6,0	<u>129.449</u>	<u>118.737</u>
2. Удлинение при разрыве, %,	не менее 650	не менее 500	<u>850</u>	<u>850</u>
3. Размеры перчаток			Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004	

Заключение ОТК: перчатки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые»  
 Гарантийный срок хранения перчаток – три года с даты изготовления.  
 Качество перчаток подтверждено декларацией о соответствии РОСС RU.ИМ18.ДП0900; дата принятия декларации 18.06.2014 г.; действительна до 17.06.2017 г.

Контролер ОТК [Signature]

Начальник ОТК [Signature]





АО «Армавирский завод резиновых изделий»  
 Россия, 352593 г. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4  
 ИНН: 3502008970 КПП: 350201001  
 Телефон: +7 (865137) 3-21-69  
 Факс: +7 (865137) 4-21-90  
 E-mail: info@azri.ru Сайт: www.azri.ru  
 Расчетный счет: 40702810947090010145  
 в филиале «Южный» ОАД «УРАЛСИБ» в г. Армавир  
 К/с 301018104000000700БИК 040349700



НА ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
 КИСЛОТООЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ  
 К20ПЦ20



ПАСПОРТ № 9.12014.16

ТУ 38.306-5-59-95



Тип 1	для выполнения грубых работ	
Тип 2	для выполнения тонких работ	✓

Дата изготовления 15.06.2015 Номер перчаток 9,9 Партия № 69,68

Наименование показателя	Требования ТУ 38.306-5-59-95	Результаты испытаний
Условная прочность при растяжении, МПа, (кгс/см <sup>2</sup> ),	не менее 16 (160)	26 - 28
Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 700	900
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %	не более 20	10
Сопrotивление раздиру, кН/м, (кгс/см),	не менее 20 (20)	69 - 75
Кислотопроницаемость (испытывают в растворе H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> -50%, рН,	не более 1	0.15 - 0.22
Щелочепроницаемость (испытывают в растворе NaOH - 20%), рН,	не более 1	0.20 - 0.93
Изменение массы после воздействия 20% раствора H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> или 20% раствора NaOH, %	не более 10	0.79 - 1.22

Заключение ОТК: перчатки резиновые технические кислотоощелочестойкие К20ПЦ20  
 соответствуют требованиям ТУ 38.306-5-59-95.

Гарантийный срок хранения перчаток - пять лет с даты изготовления.

1. Перчатки резиновые технические кислотоощелочестойкие, тип 1, тип 2, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; сертификат соответствия № ТС RU С-РУ. А212.В00263, Серия RU № 0006329; срок действия с 21.01.2013 по 21.01.2018.

Контролер ОТК Мед



Начальник ОТК Сид



Россия 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4  
 ИНН: 2302009870 КПП: 230201001  
 Телефон: +7 (861 371) 3-21-69  
 Факс: +7 (861 371) 4-21-90  
 E-mail: info@vniie.ru Сайт: www.vniie.ru  
 Расчетный счет: 40702910500000010145  
 в филиале ОАД «УРАЛДИЗ» в г. Армавир  
 к/с 3010181050000000799БИК 040308739



ПАСПОРТ № 7

НА ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
 ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ



ГОСТ Р 52239-2004 ( ИСО 1193-1:2002 )

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08547  
 от 11.08.2010 г., срок действия не ограничен.

Дата изготовления 18.06.2014 Партия № 060474  
 Номер перчаток 4 МК

Наименование по-казателя	Требования ГОСТ Р 52239-2004		Результаты испытаний	
	До ускоренного старения	После ускоренного старения	До ускоренного старения	После ускоренного старения
1. Усилие при разрыве, Н.	не менее 7,0	не менее 6,0	<u>128-145</u>	<u>114-134</u>
2. Удлинение при разрыве, %	не менее 650	не менее 500	<u>850</u>	<u>850</u>
3 Размеры перчаток			Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004	

Заключение ОТК: перчатки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004 ( ИСО 1193-1:2002 ) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые»  
 Гарантийный срок хранения перчаток — три года с даты изготовления.  
 Перчатки имеют:

«Декларацию о соответствии РОСС RU.ДМ18.190900», дата принятия декларации 18.06.2014 г.; декларация о соответствии действительна до 17.06.2017 г.


Контролер ОТК [подпись]



Начальник ОТК [подпись]



ОАО «Армвирский завод резиновых изделий»  
 Россия, 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4  
 ИНН: 2302008720 КПП: 230201001  
 Телефон: +7 (86137) 3-21-69  
 Факс: +7 (86137) 4-21-90  
 E-mail: info@azrl.ru Сайт: www.azrl.ru  
 Расчетный счет: 40702810800040010145  
 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Армавир  
 к/с 3010181050000000739БИК 040308739



ПАСПОРТ № 7

**НА ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ**

ГОСТ Р 52239-2004 ( ИСО 1193-1:2002 )

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08547  
от 11.08.2010 г., срок действия не ограничен.



Дата изготовления июль 2014

Партия № 060414

Номер перчаток 0511

Наименование по-казателя	Требования ГОСТ Р 52239-2004		Результаты испытаний	
	До ускоренного старения	После ускоренного старения	До ускоренного старения	После ускоренного старения
1. Усилие при разрыве, Н,	не менее 7,0	не менее 6,0	<u>128-14,5</u>	<u>114-13,4</u>
2. Удлинение при разрыве, %,	не менее 650	не менее 500	<u>850</u>	<u>850</u>
3. Размеры перчаток			Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004	

Заключение ОТК: перчатки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 1193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые»  
 Гарантийный срок хранения перчаток – три года с даты изготовления.  
 Перчатки имеют:

-декларацию о соответствии РОСС RU.ИДМ18.Д009900; дата принятия декларации 18.06.2014 г.; декларация о соответствии действительна до 17.06.2017 г.

Контролер ОТК [подпись]



Начальник ОТК [подпись]



Россия: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4  
 ИНН: 2302008970 КПП: 230201001  
 Телефон: +7 (86137) 3-21-69  
 Факс: +7 (86137) 4-21-90  
 E-mail: info@azpi.ru Сайт: www.azpi.ru  
 Расчетный счет: 40702910600040010145  
 в Филиале ОАО «РАДИОБ» в г. Армавир  
 К/с 301010181050000000739БИК 040306739



ПАСПОРТ № 5



**НА ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
 ОДНОРАЗОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ**

ГОСТ Р 52239-2004 ( ИСО 11193-1:2002 )

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08547  
 от 11.08.2010 г., срок действия не ограничен.

Дата изготовления 25.06.10 г. Партия № 051211  
 Номер перчаток 5

Наименование показателей	Требования ГОСТ Р 52239-2004		Результаты испытаний	
	До ускоренного старения	После ускоренного старения	До ускоренного старения	После ускоренного старения
1. Усилие при разрыве, Н,	не менее 7,0	не менее 6,0	<u>7,5-7,85</u>	<u>7,4-7,50</u>
2. Удлинение при разрыве, %	не менее 650	не менее 500	<u>900</u>	<u>900</u>
3 Размеры перчаток			Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004	

**Заключение ОТК:** перчатки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые»  
 Гарантийный срок хранения перчаток – три года с даты изготовления.  
 Перчатки имеют:

-декларацию о соответствии РОСС RU.АЮ02.100913; дата принятия декларации 21.06.2011 г.; декларация о соответствии действительна до 22.06.2014 г.

Контролер ОТК [подпись]

Начальник ОТК [подпись]

